吸引洗浄管取扱説明書

滅菌方法は,ｴﾁﾚﾝｵｷｻｲﾄﾞ ｶﾞｽ滅菌、または、ﾌﾟﾗｽﾞﾏ滅菌、または、ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ 滅菌にて行って下さい。
薬液浸漬も可能です。

超音波洗浄は可能です。
先端部の汚れをとる為、柔らかいブラシ等は使用できます。
使用後は、分解した後 充分に手洗いや超音波洗浄等で洗浄し、各部品に
可動部の操作性をよくする為、ミルクテックなどの、潤滑剤浸漬または注油をして組立を行って下さい。

A: イリゲーション（洗浄）ボタン
B: 吸　引　ボ　タ　ン
C: 洗 浄 チ ュ ー ブ 接 続 口
D: 吸 引 チ ュ ー ブ 接 続 口

分解時

IとSの字が下記の向きになるように
組み立てる



発売元
株式会社 平和医療器械
☎ 0835-22-3658 FAX 0835-22-3678
http://www.heiwairyo.co.jp/
東京 03-5966-4388　宇部 0836-44-5021

許可番号： 23BY6011号

必ず洗浄及び滅菌を行ってから、使用して下さい。
内視鏡手術以外の用途には使用しないで下さい。